



醫事檢驗科公告

2020/08/31

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科回收人類乳突瘤狀病毒高風險篩檢及 16/18 分型
自行檢驗

執行日期：2020/09/01

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

相關說明：因淡水院區醫事檢驗科新進分子生物檢測儀器 (Roche Cobas 4800)，回收檢驗項目 (檢驗代碼 66960)：人類乳突瘤狀病毒高風險篩檢及 16/18 分型。

執行方式：

- 1 自執行日期起，現有之檢驗項目 (檢驗代碼 66960：人類乳突瘤狀病毒高風險篩檢及 16/18 分型) 由委託大安聯合醫事檢驗所改為淡水檢驗科貴重儀器組自行檢驗。
- 2 檢驗方法：Real-time PCR
- 3 檢驗項目、代碼及參考值：

檢驗代碼	檢驗項目	參考值
66960	人類乳突瘤狀病毒高風險篩檢及 16/18 分型	* HPV Type 16 : Negative * HPV Type 18 : Negative * Other High Risk HPV : Negative (Other High Risk HPV 包括 HPV types 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 and 68)

- 4 操作時間：每周操作乙次。
- 5 報告時間：操作日隔天發報告。
- 6 報告時效：採檢後 14 天內發報告。
- 7 上述項目檢體量、採檢容器及送檢流程均比照現行檢驗項目處理。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital