



醫事檢驗科公告

2023/04/13

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：淡水醫事檢驗科異動檢驗項目 65144 NT-ProBNP 操作機台

執行日期：2023/04/15

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

異動原因：因應儀器合約更新及簡化流程，進行儀器整合。

執行方式：

1. 異動前後儀器及方法學差異如下表：

	異動前(舊系統)	異動後(新系統)
儀器廠牌/儀器	BIOMERIEUX VIDAS 3	Abbott Alinity i
原理方法學	ELFA (Enzyme Linked Fluorescence immuno-Assay)	CMIA (Chemiluminescent microparticle immunoassay)
線性範圍	15~25000 pg/mL	8.3~35000.0 pg/mL
報告範圍	15~25000 pg/mL	8.3~35000.0 pg/mL
臨床決策值	< 75歲，<125 pg/mL ≥ 75 歲，<450 pg/mL	< 75歲，<125.0 pg/mL ≥ 75 歲，<450.0 pg/mL

2. 注意事項：檢驗項目之採檢方式、送檢流程、臨床決策值及報告時間，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科生化血液組組長 蔡明芬〈淡水院區分機：2468〉